

投標標封

寄件者：

廠商名稱：

廠商地址：

連絡電話：

廠商統編：



收件者：

**406**

台中市北屯區經貿路一段**100**號

中國醫藥大學郵政代辦所

標案案號：總採字第 115A030997號

標案名稱：超音波系統案



# 中國醫藥大學採購規格表

項次	品名	詳細規格	數量
1	超音波系統	電源供應：AC 100~240V±10%、50/60 Hz 劑量：最大 2W/cm <sup>2</sup> ±20%連續式 最大 3W/cm <sup>2</sup> ±20%脈衝式 超音波頻率：1 和 3MHZ 脈衝波：16 Hz, 48 Hz 和 100 Hz ±5% BNR 值：2.4-3.0 (IEC) 或 2.9(FDA) ±10% 程式記憶：42 組預設程式記憶。 計時器：1 - 30 分鐘，有效治療時間 液晶螢幕規格：彩色觸控式，7 吋 安全規格：CLASS I B F TYPE (IEC)，CLASS IIa (MDD) 尺寸：290 (W) x 233(D) x 96(H) mm 重量：約 3 公斤 標準配件：1&3 MHz 大型治療導子 (PR-751L) x 1 導子置物架 (HH-750) x 1 電源供應線 x 1	1組
一、 履約期限： <input checked="" type="checkbox"/> 決標後 <u>60</u> 日內。 <input type="checkbox"/> 中華民國__年__月__日前。(以日曆天計，星期例假日、國定假日或其他休息日計入)。 <input type="checkbox"/> 中華民國__年__月__日起至__年__月__日止。 二、 保固年限： <input type="checkbox"/> 不須提供保固。 <input checked="" type="checkbox"/> 提供保固，自驗收合格之日起 <u>2</u> 年。			

**備註:**

1. 規格含以上或同等品以上之規格(若規格無可視之功能，則以產品型錄加以佐證之)。上述報價設備尺寸容許誤差，廠商務必自行確認。
2. 廠商投標時請檢附設備之型錄正本或影本，以供審查其規格是否符合條件。並加蓋投標廠商及負責人印章，若為外文型錄需譯為中文。投標送審之型錄請自行驗證，開標當時不得補件，若提供之資料不夠詳細，以至本單位無法正確審查時，視為規格不符處理，投標廠商不得異議。
3. 本案執行期間如有變更，承攬商需配合辦理相關事宜，保固期依規格表規定之保固年限。
4. 廠商報價金額均為含稅價，包含勞工投保意外保險、加值型營業稅、管理及利潤等費用。
5. 本案如須配合吊運、定位、安裝工程，採責任施工請務必自行赴施工地點詳實勘查，俾以明瞭本工程一切有關事項，並對運輸、工棚、儲料及用水用電等有所安置，投標後不得提出任何異議或藉詞要求加價，施工期間一切水電等設備及所需費用概由得標人自理。
6. 校方提供現場水電、網路線路等插座點位置，廠商須自行拉設相關電源至定位，確保設備正常運作。

大章

小章



## 委託代理授權書

本廠商投標

案 號：115A030997

標案名稱：超音波系統案

茲授權下列代理人全權代理本廠商參加開標、行使議比價、領退回押標金、說明等事項，恐口無憑，特立委託書一紙為據。

本授權書自簽發之日起生效

此致

中國醫藥大學


委託廠商：

負 責 人：

地 址：

電 話：

統 編：



代理人姓名：

身分證字號：

中國醫藥大學為辦理招標作業之目的，本表單所蒐集之個人資訊，將僅作為招標作業之用。 您得本招標公告聯絡方式行使查閱、更正等個人資料保護法第 3 條的當事人權利。如您提供的資料不 完整或不確實，將可能無法完成本次申請。

中 華 民 國 年 月 日