投標標封

寄件者：

廠商名稱：_____

廠商地址：_____

連絡電話：_____

廠商統編：_____

收件者：

406

台中市北屯區經貿路一段**100**號

中國醫藥大學郵政代辦所

標案案號：115A090735

標案名稱：迴轉式振盪培養箱及彈簧試管架

中國醫藥大學招標文件審查表

（文件請依表列順序排放並將本表置於首頁）

採購名稱及案號	迴轉式振盪培養箱及彈簧試管架(115A090735)		
廠商名稱		廠商統編	

投標應附之文件	審查結果		不合格原因 (由資格審查人員填具)
	合格	不合格	
□押標金___元			
■公司設立登記文件（請至經濟部或財政部網頁下載）(如公司登記或商業登記證明文件，非屬營利事業之法人、機構或團體依法須辦理設立登記之證明文件、工廠登記證、許可登記證明文件、執業執照、開業證明、立案證明或其他由政府機關或其授權機關核發該廠商係合法登記或設立之證明文件。)			
□廠商納稅之證明 稅捐機關核發之最近一期營業稅納稅證明。(營業稅繳稅證明為營業稅繳款書收據聯或主管稽徵機關核章之最近一期營業人銷售額與稅額申報書收執聯。廠商不及提出最近一期證明者，得以前一期之納稅證明代之。)			
□最近半年內之無退票證明文件(如票據交換機構或受理查詢之金融機構於截止投標日之前半年內所出具之非拒絕往來戶及最近三年內無退票紀錄證明、會計師簽證之財務報表或金融機構或徵信機構出具之信用證明等。)			
□廠商聲明書			
■非負責人出席時檢附授權書			
■報價單			
■報價詳細廠牌型號規格內容(報價廠牌、型號、型錄等)			
□契約書草約			
□其他：			

資格審查結果	□合格	□不合格	審查人員簽名：
規格審查結果（報價詳細廠牌型號規格內容）	□合格	□不合格 不合格原因：(由規格審查人員填具)	審查人員簽名：
審查結果	□合格	□不合格	

※本審查表為開標作業審查用，請廠商務必填妥粗框內資料並檢附於投標文件中 114.10 修訂

中國醫藥大學採購規格確認表

項次	品名	詳細規格	數量
1	迴轉式振盪培養箱	1.溫度範圍: 室溫加5℃ ～ 60℃ (±5mm) 2.精 確 度: ±0.15℃ at 37℃ 3.溫度控制: 微電腦PID控制,數字設定及顯示溫度 4.速度控制: 電子式無段調速及數字顯示轉速 5.轉 速: 10～400rpm(振幅:12.5 , 25 , 38mm)10～250rpm(振幅:70mm) 6.加 熱 器: 850W 7.棚 架: 2只 8.振 盪 盤: (W)700x(D)490mm (±5mm) 9.內部尺寸: (W)800x(D)580x(H)800 mm (±5mm) 10.外部尺寸: (W)900x(D)840x(H)1625 mm (±5mm) 11.電源:AC110V/220V 60Hz 10/5A 12.含安裝	1
2	用彈簧試管架	35X25CM，適用於所採購培養箱	1

一、 履約期限：□決標後_____日內。

■中華民國 115年 12 月15 日前。(以日曆天計，星期例假日、國定假日或其他休息日計入)。

□中華民國___年___月___日起至___年___月___日止。

二、 保固年限：□不須提供保固。

■提供保固，自驗收合格之日起 2 年。

（投標廠商名稱）報價單

本清單應依下列規定填寫：

一、由投標廠商填寫後投標。

二、本清單(投標標單)所標示之總價，應包括招標文件所規定之所有應由廠商得標後辦理之履約事項之價金，不論該等事項是否已於本清單明確標示。

項次	標的名稱	數量	單價(含稅)	本項總價(含稅)	備註
1	迴轉式振盪培養箱	1 ST			其他：
2	彈簧試管架	1 ST			
合計					

總價（含稅）：

新台幣	億	仟萬	佰萬	拾萬	萬	仟	佰	拾	元	整

(上述以新台幣幣別報價)

公 司 章

負責人章

中　華　民　國　　年　　月　　日

委 託 代 理 授 權 書

本廠商投標
採購案號：115A090735
標案名稱：迴轉式振盪培養箱及彈簧試管架

茲授權下列代理人全權代理本廠商參加開標、行使議比價、領退回押標金、說明等事項，恐口無憑，特立委託書一紙為據。

本授權書自簽發之日起生效。

此致
中國醫藥大學

委託廠商：

負 責 人：

地　　址：

電　　話：

統　　編：

公 司 章

負責人章

代理人姓名：
身分證字號：

中國醫藥大學為辦理招標作業之目的，本表單所蒐集之個人資訊，將僅作為招標作業之用。
您得本招標公告聯絡方式行使查閱、更正等個人資料保護法第 3 條的當事人權利。如您提供的資料不完整或不確實，將可能無法完成本次申請。

中　華　民　國　　年　　月　　日